



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA  
*Dott. Fulvio MARZATICO*  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE  
FISIOLOGICHE-FARMACOLOGICHE  
SEZIONE DI FARMACOLOGIA E BIOTECNOLOGIE FARMACOLOGICHE  
Piazza Botta 11 - 27100 PAVIA (Italy)  
Tel. (39) 0382 - 506.390 - Fax: 506.390  
e-mail: fulviomk@unipv.it

**Valutazione dell'eventuale potere irritante o sensibilizzante  
di un dispositivo medico per l'igiene dell'orecchio esterno  
mediante tests epicutanei ripetuti  
attraverso una modificazione del test di Shelanski e Shelanski**

***Evaluation of the possible irritating or sensitizing powers  
of a medical device for  
the hygiene of the outer ear through repeated skin tests  
(Shelanski and Shelanski test with some changes in it)***

**OTOSAN®**

**CONO PER L'IGIENE DELL'ORECCHIO**

***EAR HYGIENE CONE***

**Conclusioni**

***Conclusions***

OTOSAN

CONO PER L'IGIENE DELL'ORECCHIO

*ear hygiene cone*

sottoposto alla sperimentazione clinica atta a valutare l'eventuale potere irritante o sensibilizzante, mediante Tests Epicutanei ripetuti come:

*can be classified -. after repeated skin tests which evaluate its possible irritating and/or sensitizing powers – as:*

NON IRRITANTE

*Non irritating*

*e/and as:*

IPOALLERGENICO\*

Hypoallergenic \*

(dotato di BASSA SENSIBILIZZAZIONE)

*(Low Sensitization)*

Sperimentatore / *Experimenter*

Sperimentatore  
Prof. Fulvio MARZATICO  
  
**DOCT. FULVIO MARZATICO**  
DIPT. SCIENZE FISILOGICHE FARMACOLOGICHE  
CELLULARI E MOLECOLARI  
Sezione di Farmacologia e  
*Biotechnologie Farmacologiche*